



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 78.01.13.000.М.000494.10.19 от 07.10.2019 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

1. Общество с ограниченной ответственностью "НИКОЛЬСКИЙ",
190068, Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д.29, лит. А, пом. 9-Н
ИНН 7838046045 ОГРН 1157847403295
2. ФИО руководителя: генеральный директор Блум Станислав Александрович, тел. (812)714-04-06
3. Министерство, ведомство: нет
4. Вышестоящая организация: нет
5. Подразделение организации, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение:
рентгенодиагностический кабинет
6. Ограничительные условия: Эксплуатация рентгеновского аппарата допускается только при наличии системы радиовизиографии. Рабочая нагрузка рентгеновского аппарата не должна превышать 40 (мА x мин)/нед. В соответствии с п.3.2.7. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" - допустимая мощность дозы (ДМД) рентгеновского излучения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеновские исследования не должна превышать 0,3 мкГр/ч.

Место проведения работ: 1 этаж, рентгенодиагностический кабинет
Вид источника: генерирующий
Тип источника: аппарат рентгеновский дентальный с системой визиографии
Марка аппарата: "eXpert DC"
Фирма, завод-изготовитель: "Gendex Dental Systems", США
Заводской номер: 3212251
Год выпуска: 2017
Год ввода в эксплуатацию: 2019
Вид работ: рентгенография

Место проведения работ: 1 этаж, техническое помещение
Вид источника: генерирующий
Тип источника: рентгеновский дентальный аппарат с системой радиовизиографии
Марка аппарата: "EXPLOR-X-70"
Фирма, завод-изготовитель: "Villa Systemi Medicali", Италия
Заводской номер: 31031162/23040015
Год выпуска: 2003
Год ввода в эксплуатацию: 2004
Вид работ: хранение



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Башкетова Наталья Семёновна

